



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 多功能健康柱
委托单位： 南京智屯达科技有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	南京智屯达科技有限公司		
	委托单位地址	南京市江宁区吉印大道2999号吉印产业创新园1-B栋西侧8楼 (江宁开发区)		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	多功能健康柱	商标	牧爵
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	MJ-HR01	产品等级	/
检验类别	委托检测		样品状态	/
到样日期	2020年11月08日		样品参数	/
检测依据	依据客户要求			
检验结论	合格			
备注	 签发日期: 2020年11月20日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
供电方式	/	太阳能供电+无线自供电组合方式	符合	合格
续航时间	/	不低于2年	符合	合格
心率检测精度	/	±1bpm	符合	合格
心率获取方式	/	语音播报心率模式	符合	合格
正常工作温度	℃	正常工作温度范围为-40°~80℃, 在-30℃环境下工作时, 持续时间不少于16h, 在80℃环境下工作时, 持续时间不少于4h	符合	合格
防水标准	/	IPX65	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC20X1120-469

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com