



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 环境监测系统
委托单位: 南京智屯达科技有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	南京智屯达科技有限公司		
	委托单位地址	南京市江宁区吉印大道2999号吉印产业创新园1-B栋西侧8楼 (江宁开发区)		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	环境监测系统	商标	建大仁科
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	RS-ZSYG-10S-G	产品等级	/
检验类别	委托检测		样品状态	/
到样日期	2020年11月08日		样品参数	/
检测依据	依据客户要求			
检验结论	合格			
备注	 签发日期: 2020年11月20日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC20X1120-470

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
监测参数	/	温度误差小于0.2度, 湿度误差小于3%, 风速误差小于0.3m/s, PM2.5误差小于 10F.s, PM10误差小于10F.s, 噪声误差小 于3%, 大气压误差小于0.1Kpa, TPS误差 小于10F.s	符合	合格
系统供电	/	220V市电	符合	合格
通讯方式	/	2G/3G/4G	符合	合格
工作温度	℃	-40-70	符合	合格

报告结束

注 意 事 项:

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC20X1120-470

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com