



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 胫骨穿刺模拟训练模块
委托单位: 上海知能医学模型设备制造有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章


地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing


如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	上海知能医学模型设备制造有限公司		
	委托单位地址	上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	胫骨穿刺模拟训练模块	商标	医博YIBO
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年10月07日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		合格		
样品图片		  签发日期: 2023年10月18日		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 审核人: 报编制人: 



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页
测试结果:

报告编号: YZJC23X1018-728

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
主要功能	/	骨穿刺练习: (1) 体表标志明显: 髌骨、胫骨及胫骨粗隆。 (2) 骨穿刺操作针感逼真, 进入后会有落空感, 相应模拟骨髓液流出。 (3) 皮肤、骨可更换。	符合	合格
	/	股静脉穿刺练习: (1) 可触及的股动脉搏动。 (2) 有明显的落空感及静脉回流、确定深静脉穿刺插入的正确位置。 (3) 注射部位模块可更换。	符合	合格

报告结束



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1018-728

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com