



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 战场急救技术综合训练模拟人
委托单位： 上海知能医学模型设备制造有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	上海知能医学模型设备制造有限公司		
	委托单位地址	上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	战场急救技术综合训练模拟人	商标	医博YIBO
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年10月07日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		合格		
样品图片		 		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
战场急救技术综合训练模拟人	/	1. 训练科目。可开展出血止血、气道管理、环甲膜切开、气胸穿刺、骨折固定、包扎及搬运等救治技能训练。 2. 外观材质。模拟人外观高度仿真, 身高175cm, 体重60kg, 皮肤弹性质感如真人, 采用无毒无害仿真皮肤硅胶材料、一体浇注工艺。 3. 出血止血。可上下肢部位出血, 可开展指压止血、交界部位止血、加压包扎止血、旋压止血带止血及填塞止血等止血训练。 4. 气道管理。可开展各类气管插管与通气训练, 气道解剖结构仿真, 会厌与声门形态真实, 可开展鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩等通气操作训练, 可手法打开气道。 5. 气胸处置。可开展气胸穿刺训练与血胸穿刺训练, 可开展环甲膜穿刺或切开训练。气胸穿刺操作与环甲膜切开通气操作成功后, 6. 固定包扎。可模拟开放性骨折、闭合性骨, 开展固定及包扎训练。 7. 交互评估。可通过眼球活动、语音对话与操作者进行交互, 可开展意识评估训练, 可模拟颈部动脉搏动, 搏动频率及强度可通过APP调节, 可进行考核操作; 8. 软件系统与模拟人可以实现无线连接。	符合	合格
	/	部件明细: (43件) 前额撕裂伤; 下颚伤; 胸部吸吮性创伤; 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤; 腹部外伤伴小肠突出; 手掌的枪伤; 肱骨、前臂开放性骨折; 股骨、大腿开放性骨折; 胫骨、小腿开放性骨折; 前臂撕裂伤; 右腿的截肢; 小腿刺伤; 足部复合型骨折; 子弹贯穿伤; 休克脸; I、II、III脸部烧伤 (一个); I、II、III背部烧伤 (一个); I、II、III手部磷烧伤 (一个); I、II、III前臂烧伤 (一个); 不同程度撕裂伤、开放性骨折模块 (二十四个);	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1018-731

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com