190111340938

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检 测 报 告

产 品 名 称： 野战基础伤情模拟人

委 托 单 位： 上海知能医学模型设备制造有限公司

检 验 类 别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412　　官网：www.bjyztst.com　　邮箱：bjyzjclab@163.com

报告编号：YZJC23X1018-732

客户及样品信息	委托单位	上海知能医学模型设备制造有限公司		
	委托单位地址	上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	野战基础伤情模拟人	商标	医博YIBO
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年10月07日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		合格		
样品图片				
补充说明		委托检验仅对来样负责，不承担连带责任		

（检验专用章）

签发日期：2023年10月18日

批准人：　　审核人：　　报编制人：

测试结果：

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
功能特点	/	1. 全身模拟人，四肢完整，男性。身长≥160cm，体重≥60kg。模拟呈现头胸腹四肢大出血、张力性气胸、骨折等伤情。各模块可更换。 2. 头部、手背覆盖仿真皮肤，材质柔韧、手感真实、安全无刺激，模型四肢连接部位可拆卸。 3. 模拟四肢闭合式骨折创伤，可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练； 4. 模拟包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合创伤等； 5. 掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 6. 体表出血控制技术：可模拟大动脉出血和动脉搏动，出血速度可调节；配有模拟血液可练习止血带加压包扎止血，不同的血压具有不同的止血效果；止血过程中可实时显示止血压变化。 出血控制系统： 7. 该系统内置大容量锂电池与高性能隔膜泵，通过隔膜泵从储血装置内将模拟血液抽出，经过泵体与集成电脑板的控制，间歇性的注入模拟人的伤口管路。不仅能够模拟出血，还能模拟出动脉的搏动，并且搏动与出血频率有5档强度可调。 8. 开机后系统自动显示为默认值； 9. 设置按压时长，0-99秒； 10. 设置血液流速压力值，所设血液流速压力值为操作时学员需要达到的压力值，当学员进行止血操作达到压力值后产生止血效果； 11. 设定脉搏频率，也即脉搏的搏动频率，在操作过程中也可以修改此项参数； 12. 止血时间控制系统：止血时间可以自由设定；学员在进行止血操作达到预设压力值止血时间开始计时，持续达到预设的止血时间完成止血操作；	符合	合格

*****报告结束*****

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。

2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

6. 委托检测仅对来样负责。