



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 伤情呈现模拟器
委托单位: 上海知能医学模型设备制造有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客户及样品信息	委托单位	上海知能医学模型设备制造有限公司		
	委托单位地址	上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	伤情呈现模拟器	商标	医博YIBO
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2023年10月07日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		合格		
样品图片		  签发日期: 2023年10月18日		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
功能特点	/	1 伤情评估技术 2 体表出血控制技术 3 包扎固定搬运技术 4 清创技术 5 专科救治技术 用于模拟各种火器伤、烧伤、割伤、挫伤。可模拟伤口破裂、断骨、发绀、水疱等,可逼真模拟出汗、血液、脓液、粘液等。 6. 伤情模块: 枪弹伤组件: 6件 胸部开放性损伤组件: 2件 深部撕裂伤: 2件 面部撕脱伤组件: 1件 烧伤组件(二三度): 2件 眼球脱出组件: 1件 肠膨出组件: 1件 眼睑肿胀: 2件 撕裂伤组件: 2件 撕脱伤组件: 1件 化脓伤口组件: 1件 闭合性骨折(上下肢): 2件 开放性骨折(带出血伤口): 1件 特效化妆工具箱(2号): 1件	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC23X1018-733

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com