



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 医用无菌保护套
委托单位： 北京长隆兆丰医疗设备有限公司
检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 1 页 共 3 页

报告编号：YZJC24X0306-172

客户及样品信息	委托单位	北京长隆兆丰医疗设备有限公司		
	委托单位地址	北京市昌平区北七家镇修正大厦3号楼		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	医用无菌保护套	商标	骄鹿
	样品数量	1	样品等级	/
	货号	/	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年02月28日	样品规格	/	
检测依据	GB 15979-2002			
检验结论	合格			
备注	检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期：2024年03月06日 检验专用章			
补充说明	委托检验仅对来样负责，不承担连带责任			

批准人：_____

审核人：_____

报编制人：_____

地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyzjclab@163.com

测试结果:

检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
真菌菌落总数	CFU/g	≤ 100	< 5	合格
绿脓杆菌	/	不得检出	未测出	合格
金黄色葡萄球菌	/	不得检出	未测出	合格
溶血性链球菌	/	不得检出	未测出	合格
细菌菌落总数	CFU/g	≤ 200	< 5	合格
大肠菌群	/	不得检出	未测出	合格

报告结束



注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

