



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称: 拓行者悦途系列

委托单位: 义乌拓行者光学仪器有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyztst@163.com](mailto:bjyztst@163.com)

客户及样品信息	委托单位	义乌拓行者光学仪器有限公司		
	委托单位地址	浙江省金华市义乌市江东街道江东四区45幢		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	拓行者悦途系列	商标	Toziter
	样品数量	1	样品等级	/
	型号	8x42-10x42-10x50-12x50	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年04月01日	样品参数	/	
检测依据	GB/T 17117-2008			
检验结论	合格			
样品图片	 <p>签发日期: 2024年04月08日</p> <p>检测技术服务部 (检验专用章) 拓行者光学仪器有限公司 检验专用章</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: 王博

审核人: 王博

报编制人: 李雪晴

第 2 页 共 3 页  
测试结果:

报告编号: YZJC24X0408-207

检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定
放大率	/	不小于-5% (上偏差不限)	R: -0.6% L: 0.0%	合格
视场	°	不小于-5% (上偏差不限)	R: -2.0% L: -1.3%	合格
外瞳直径	mm	不小于-15% (上偏差不限)	R: -0.3% L: -0.9%	合格
视场中心分辨力	"	$\leq 420"/D^b$	R: 6.53" L: 6.53"	合格

\*\*\*报告结束\*\*\*



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号：YZJC24X0408-207

## 注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：[www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱：[bjyztst@163.com](mailto:bjyztst@163.com)