



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 高级气道管理模拟人

委托单位： 上海知能医学模型设备制造有限公司

检验类别： 委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412


官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

| | | | | |
|---------|---|------------------------------|------|--------|
| 客户及样品信息 | 委托单位 | 上海知能医学模型设备制造有限公司 | | |
| | 委托单位地址 | 上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区 | | |
| | 生产单位 | / | | |
| | 生产单位地址 | / | | |
| | 样品名称 | 高级气道管理模拟人 | 商标 | 医博YIBO |
| | 样品数量 | 1 | 样品等级 | / |
| | 货号 | / | 产品等级 | / |
| 检验类别 | 委托检测 | 样品状态 | / | |
| 到样日期 | 2024年06月11日 | 样品参数 | / | |
| 检测依据 | 技术白皮书 | | | |
| 检验结论 | 合格 | | | |
| 样品图片 |  | | | |
| 补充说明 | 委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任 | | | |

批准人: 

审核人: 

报编制人: 

| 检测项目 | 单位 | 技术要求 | 检测结果 | 结论 |
|------|----|--|------|----|
| 功能特点 | / | <ol style="list-style-type: none">1. 移动平板控制, 产品由模型和平板电脑组成, 可以进行气管插管的软件交互式训练和模型的实训;2. 模拟一成人头颈部, 标准的气管插管体位; 解剖标志明显, 结构真实, 有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉、气管等解剖结构;3. 可进行经口气管插管操作;4. 模型与移动端平板无线连接, 连接成功后可通过平板电脑进行训练与考核;5. 交互式软件可强制进行完整的流程训练和考核, 软件上有解剖示意图, 可实时看到进管位置和周围解剖结构, 显示操作时间;6. 可在模型上进行真实操作, 可自动检测正确到达的位置, 也可以检测误入食道和一侧支气管;7. 具有软件打分模块可以对学生的技能操作进行逐项打分, 每次操作结果可以自动生成日志保留, 可对所有数据进行客观/主观评价打分; 主观部分的评分表可由教师修改; 具有统计功能, 并可无线打印考核成绩;8. 有电源和锂电两种供电方式, 操作方便灵活。 | 符合 | 合格 |

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0620-139

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com