



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称: 战场急救技术综合训练模拟人

委托单位: 上海知能医学模型设备制造有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd

检验专用章

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

客户及样品信息	委托单位	上海知能医学模型设备制造有限公司				
	委托单位地址	上海市松江区小昆山镇昆港公路1288号3幢1层、2层A区				
	生产单位	/				
	生产单位地址	/				
	样品名称	战场急救技术综合训练模拟人	商标	医博YIBO		
	样品数量	1	样品等级	/		
	货号	/	产品等级	/		
检验类别	委托检测	样品状态	/			
到样日期	2024年06月11日	样品参数	/			
检测依据	技术白皮书					
检验结论	合格					
样品图片						
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任					

批准人: 王博审核人: 王博报编制人: 李雪晴

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第 2 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X0620-143

测试结果:

检测项目	单位	技术要求	检测结果	结论
功能特点	/	<p>1. 训练科目。可开展出血止血、气道管理、环甲膜切开、气胸穿刺、骨折固定、包扎及搬运等救治技能训练。</p> <p>2. 外观材质。模拟人外观高度仿真，身高175cm，体重60kg，皮肤弹性质感如真人，采用无毒无害仿真皮肤硅胶材料、一体浇注工艺。</p> <p>3. 出血止血。可上下肢部位出血，可开展指压止血、交界部位止血、加压包扎止血、旋压止血带止血及填塞止血等止血训练。</p> <p>4. 气道管理。可开展各类气管插管与通气训练，气道解剖结构仿真，会厌与声门形态真实，可开展鼻咽通气管、口咽通气管、喉罩等通气操作训练，可手法打开气道。</p> <p>5. 气胸处置。可开展气胸穿刺训练与血胸穿刺训练，可开展环甲膜穿刺或切开训练。气胸穿刺操作与环甲膜切开通气操作成功后，</p> <p>6. 固定包扎。可模拟开放性骨折、闭合性骨，开展固定及包扎训练。</p> <p>7. 交互评估。可通过眼球活动、语音对话与操作者进行交互，可开展意识评估训练，可模拟颈部动脉搏动，搏动频率及强度可通过APP调节，可进行考核操作；</p> <p>8. 软件系统与模拟人可以实现无线连接。</p>	符合	合格

\*\*\*报告结束\*\*\*

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

第3页共3页

报告编号: YZJC24X0620-143

## 注意事项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing  
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)