



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称：手持式示波器

委托单位：南京智屯达科技有限公司

检验类别：委托检验

北京英准检测技术有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	南京智屯达科技有限公司		
	委托单位地址	南京市江宁区吉印大道2999号吉印产业创新园B2栋8楼		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	手持式示波器	商标	泰克
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	MSO222-BW-350	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年08月13日	样品参数	/	
检测依据	技术白皮书			
检验结论	合格			
样品照片				
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: _____

审核人: _____

报编制人: _____

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

检测项目	技术要求	检测结果	结论
功能实现	简单、直观、易操作,能够捕获信号、观察信号、测量信号、分析信号、对信号波形进行分档	符合	合格
模拟输入通道	2 路或 4 路输入	符合	合格
数字通道	16	符合	合格
记录长度	10M	符合	合格
显示	10.1英寸、WXGA (1280*800) 分辨率、兼容(多点)触摸屏	符合	合格
模拟通道带宽	70MHz、100MHz、200MHz、350MHz和500MHz	符合	合格
采样率	2.5GS/s半通道、1.25GS/s全通道	符合	合格
输入灵敏度范围	1mV/div-10V/div	符合	合格
通道间隔隔离度	100:1 \leq 100MHz, 30:1 $>$ 100MHz	符合	合格
通道间时滞校正范围	-95ns~+95ns	符合	合格
时基范围	2ns/div-1000s/div (全通道); 1ns/div-1000s/div (半通道)	符合	合格
偏置范围	1mV/div-63.8mV/div: +/-1V 63.9mV/div-999.5mV/div: +/-10V 1V/div-10V/div: +/-100V	符合	合格
触发模式	自动、正常和单次	符合	合格
触发灵敏度	边缘类型, 直流耦合 任何模拟输入通道: 6mV或0.8div中的较大值	符合	合格
辅助输入	500mVpp, 250mHz	符合	合格
垂直分辨率	8 位ADC, 高分辨率模式下高达 16 位	符合	合格
连接性	USB2.0主控端口、USB2.0色设备(2个端口) LAN (10/100Mb/s Base-T以太网)	符合	合格



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 4 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0821-010

检测项目	技术要求	检测结果	结论
电池组 (可选)	电池组, 带2个电池槽, 具有热插拔功能 正常使用寿命为8小时 (两节电池)	符合	合格
最大输入电压	300Vrms CAT II, 峰值 \leq ±425V	符合	合格
尺寸	210mm×344mm×40.4mm (高×宽×深)	符合	合格
附件线缆	产品线缆、附件配套齐全	符合	合格

*****报告结束*****

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjzjtst.com

邮箱: bjzjclab@163.com



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 4 页 共 4 页

报告编号: YZJC24X0821-010

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意,不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。



地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议,应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出,逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com