



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称： 电源性能综合检测平台

委托单位： 南京智屯达科技有限公司

检验类别： 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址：北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起15日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjyztst.com

邮箱：bjyztst@163.com

客户及样品信息	委托单位	南京智屯达科技有限公司		
	委托单位地址	南京市江宁区吉印大道2999号吉印产业创新园B2栋8楼		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	电源性能综合检测平台	商标	智屯达
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	ZTD-PT-1	产品等级	/
检验类别	委托检测	样品状态	/	
到样日期	2024年08月26日	样品参数	/	
检测依据	技术白皮书			
检验结论	合格			
样品照片	 <p style="text-align: right;">(检验专用章) 签发日期: 2024年09月04日 检验专用章</p>			
补充说明	委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任			

批准人: _____

审核人: _____

报编制人: _____

地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztst@163.com

第 2 页 共 5 页
测试结果:

报告编号: YZJC24X0904-173

检测项目	技术要求	检测结果	结论
电压电流采集单元			
电压输入通道	8 路	符合	合格
电压测量范围	交流: 0~1000V	符合	合格
	直流: 0~600VDC	符合	合格
电压测试精度	交流: $\pm 0.1\%$	符合	合格
	直流: $\pm 0.5\%$	符合	合格
输入阻抗	10M Ω	符合	合格
电流输入通道	8 路	符合	合格
电流测量范围	直流: 0~1400A	符合	合格
	交流: 0~1400A	符合	合格
电流测试精度	$\pm 1\%$	符合	合格
输入阻抗	1M Ω	符合	合格
接地电阻测试模块			
测量范围	0.01~200 Ω	符合	合格
分辨率	0.01 Ω	符合	合格
测量精度	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$	符合	合格
大口径设计	直径35mm	符合	合格
测试模式	无需打桩	符合	合格

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyztstlab@163.com

检测项目	技术要求	检测结果	结论
绝缘电阻测试模块			
绝缘电阻范围	0.01~19.9GΩ	符合	合格
测量通道	4	符合	合格
测量精度	0.1MΩ-1GΩ的精度为±5%rdg±5dgt	符合	合格
	1GΩ-10GΩ的精度为±10%rdg±10dgt	符合	合格
	10GΩ-19.9GΩ的精度为±15%rdg±15dgt	符合	合格
测试电压范围	50V~500V	符合	合格
电气通断性功能	有	符合	合格
内阻测试模块			
内阻测量范围	0.000mΩ~99.999mΩ	符合	合格
测量精度	0.5%	符合	合格
电阻分辨率	1μΩ	符合	合格
测试电压范围	0~80V	符合	合格
电压分辨率	1mV	符合	合格
漏电流测试模块			
漏电流测量范围	0.00mA~60A	符合	合格
测量精度	±2%	符合	合格
接触温度测试模块			
通道	2	符合	合格
温度测量范围	-10~+150℃	符合	合格
测量精度	±2%	符合	合格

检测项目	技术要求	检测结果	结论
供电/环境参数			
供电方式	交流 220V±15%，频率 50Hz±5%	符合	合格
工作温度	-20~+55°C	符合	合格
工作湿度	<30°C: <80%RH(无结露) 30°C~40°C: <70%RH(无结露) >40°C: <50%RH(无结露)	符合	合格
存储温度	-43°C~70°C包装存储	符合	合格
存储湿度	<80%RH(无凝结)	符合	合格
其他指标参数			
显示屏	15寸彩色液晶	符合	合格
数据存储	1TB	符合	合格
COM接口	4个	符合	合格
USB接口	4个	符合	合格
数据接口	采用专用接口	符合	合格
整机形式	便携箱体采用带拉杆滚轮设计	符合	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 5 页 共 5 页

报告编号：YZJC24X0904-173

注 意 事 项：

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意，不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址：北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。

全国热线：010-53608412

官网：www.bjzjtst.com

邮箱：bjzjclab@163.com