



190111340938



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

检测报告



产品名称: 电热鼓风干燥箱
委托单位: 苏州欣汇宝仪器有限公司
检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd




地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。


全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com

客 户 及 样 品 信 息	委托单位	苏州欣汇宝仪器有限公司		
	委托单位地址	苏州市高新区狮山路199号新地中心1幢27A01-3室		
	生产单位	/		
	生产单位地址	/		
	样品名称	电热鼓风干燥箱	商标	欣汇宝
	样品数量	1	样品等级	/
	规格型号	XB-0TS-1000L-A	产品等级	/
检验类别		委托检测	样品状态	/
到样日期		2024年11月01日	样品参数	/
检测依据		技术白皮书		
检验结论		合格		
样品图片		 检测技术服务部 (检验专用章) 签发日期: 2024年11月06日 检验专用章		
补充说明		委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任		

批准人:



审核人:



报编制人:



测试结果:

检测项目	技术要求	检验结果	单项判定
抗拉内箱尺寸(宽*高*深)	1000mm*1000mm*1000mm	符合要求	合格
温度均匀度	$\leq \pm 2.5\%F.S$	符合要求	合格
温度显示精度	$\leq 1^{\circ}\text{C}$	符合要求	合格
温度分辨率	$\leq 1^{\circ}\text{C}$	符合要求	合格
控温范围	RT+10~200度	符合要求	合格
升温速度	$\geq 5^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 平均	符合要求	合格
内箱材质	不锈钢	符合要求	合格
不锈钢搁板或层架数量	≥ 2	符合要求	合格
电源电压	380V	符合要求	合格
输入功率	8000W	符合要求	合格

报告结束



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L13496

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X1106-329

注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。

地址: 北京市通州区玉带河东街 46 号院 A 座 4 层/4th Floor, No.46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing
如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: www.bjyztst.com

邮箱: bjyzjclab@163.com