



190111340938



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L13496

# 检测报告



产品名称: 冲击试验台

委托单位: 苏州欣汇宝仪器有限公司

检验类别: 委托检验

北京英准检测技术服务有限公司

Beijing yingzhun Testing Technology Service Co., Ltd



地址: 北京市通州区玉带河东街46号院A座4层/4th Floor, No. 46 Yudai River East Street, Tongzhou District, Beijing

如若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起15日内向检测单位提出, 逾期不予受理。

全国热线: 010-53608412

官网: [www.bjyztst.com](http://www.bjyztst.com)

邮箱: [bjyzjclab@163.com](mailto:bjyzjclab@163.com)

|         |        |                                                                                                                                                       |      |     |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 客户及样品信息 | 委托单位   | 苏州欣汇宝仪器有限公司                                                                                                                                           |      |     |
|         | 委托单位地址 | 苏州市高新区狮山路199号新地中心1幢27A01-3室                                                                                                                           |      |     |
|         | 生产单位   | /                                                                                                                                                     |      |     |
|         | 生产单位地址 | /                                                                                                                                                     |      |     |
|         | 样品名称   | 冲击试验台                                                                                                                                                 | 商标   | 欣汇宝 |
|         | 样品数量   | 1                                                                                                                                                     | 样品等级 | /   |
|         | 规格型号   | XB-0TS-SKT200                                                                                                                                         | 产品等级 | /   |
| 检验类别    |        | 委托检测                                                                                                                                                  | 样品状态 | /   |
| 到样日期    |        | 2024年11月01日                                                                                                                                           | 样品参数 | /   |
| 检测依据    |        | 技术白皮书                                                                                                                                                 |      |     |
| 检验结论    |        | 合格                                                                                                                                                    |      |     |
| 样品图片    |        | <br><div>检测技术服务部<br/>(检验专用章)<br/>签发日期: 2024年11月06日<br/>检验专用章</div> |      |     |
| 补充说明    |        | 委托检验仅对来样负责, 不承担连带责任                                                                                                                                   |      |     |

批准人:   

审核人:   

报编制人:

测试结果:

| 检测项目   | 技术要求                           | 检验结果 | 单项判定 |
|--------|--------------------------------|------|------|
| 工作台面   | (长*宽) $\geq 800 \times 800$ mm | 符合要求 | 合格   |
| 最大负载   | $\geq 200$ Kg                  | 符合要求 | 合格   |
| 峰值加速度  | 10~400G (半正弦波)                 | 符合要求 | 合格   |
|        | 30~100G (锯齿波)                  |      |      |
|        | 30~60G (梯形波)                   |      |      |
| 脉冲持续时间 | 2~30ms (半正弦波)                  | 符合要求 | 合格   |
|        | 6~18ms (锯齿波)                   |      |      |
|        | 6~18ms (梯形波)                   |      |      |
| 加速度允差  | $\leq 20\%$ 内                  | 符合要求 | 合格   |
| 速度变化量  | $\leq 15\%$ 内                  | 符合要求 | 合格   |
| 台面横向比  | $\leq 20\%$ 内                  | 符合要求 | 合格   |

\*\*\*报告结束\*\*\*

第 3 页 共 3 页

报告编号: YZJC24X1106-328

## 注 意 事 项:

1. 报告无“检验报告章”或检验单位公章无效。
2. 未经本实验室书面同意, 不得部分复制本报告。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出, 逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样负责。